

深圳市保安医疗用品有限公司

E0-Sterilization Record Per Load

环氧乙烷灭菌批记录

Furnace No箱号: 1-95 Date日期: 20/Jan/2024 Order班次: 1 Sterilization No灭菌批号: 20240120001

Article Name 物品名称	Production No 生产批号	Specification 规格/型号	Quantity 数量 (Ctns)	Remark 备注	Ruquired Operation During Sterilization Cycle 灭菌过程操作要求		
						Required操作要求	Actual实际值
Needle	LOT NO:1001		67	EXPIRES:10/30/2026	Temperature(℃) 温度	49-55	S:52.7 E:53.8
Real Steel Disposable Tube	LOT NO:033		18	EXPIRES:10/30/2026	Pressure(Kpa) 压力	68—71	S:70.0 E:70.5
Real Steel Gripless Disposable Tube	LOT NO:017		10	EXPIRES:10/30/2026	Humidity(%RH) 湿度	30-85%	45.6
					Exposure Time(min) 灭菌时间	6:00	6:00
					Speed of Air Removal(Kpa/min) 抽真空速率	/	2.5
					Speed of Aeration(Kpa/min) 换气速率	/	/
					Weight of E0 used Before(kg) 加药前重量	//	72
					Weight of E0 used After(kg) 加药后重量	//	60
					Weight of E0 used (kg) 加药重量	12	12
					Pressure Changed(Kpa) 加药前后压力值	S:// E://	S:-69.2 E:35.2

Ruquired Operation 操作要求	Start Time 开始时间	End Time 结束时间	Actual Time 实际时间	Sterilization Information 灭菌情况	Release 验收	
Conditioning 预热	9:00	11:00	120	Normal 正常		
Air Removal 抽真空	11:00	11:30	30	Normal 正常		
Pressure Time 保压时间	11:30	11:40	10	Normal 正常		
Eo injection 充入环氧乙烷	11:40	12:40	60	Normal 正常		
Exposure Time 灭菌时间	12:40	18:40	360	Normal 正常		
Eo removal 清除环氧乙烷	18:40	20:00	80	秦绿延 秦绿延 袁海峰	张兰	张兰
Flushing 清理完毕	20:00	20:30	30	Injector加药者 Operator操作员 Super主管	Mirco验收员	QA Manager主管