

深圳市保安医疗用品有限公司
EO-Sterilization Record Per Load
环氧乙烷灭菌批记录

Furnace No箱号: 1-123

Date日期: 25-Jul-21

Order班次: 1

Sterilization No灭菌批号:

2021072501

Article Name 物品名称	Production No生 产批号	Specification 规格/型号	Quantity 数量 (Ctns)	Remark 备注
Needles	LOT NO:0402		123	BLACK CLAW

Ruquired Operation During Sterilization Cycle 灭菌过程操作要求		
	Required操作要求	Actual实际值
Temperature(℃) 温度	49-55	S:52.7 E:
Pressure(Kpa) 压力	— 68 — 71	S:-70.0 E:35.2
Humidity(%RH) 湿度	30-85%	45.6
Exposure Time(min) 灭菌时间	6:00	6:00
Speed of Air Removal(Kpa/min) 抽真空速率	/	2.5
Speed of Aeration(Kpa/min) 换气速率	/	/
Weight of EO used Before(kg) 加药前重量	//	72
Weight of EO used After(kg) 加药后重量	//	60
Weight of EO used (kg) 加药重量	12	12
Pressure Changed(Kpa) 加药前后压力值	S:// E://	S:-69.2 E:35.2

Ruquired Operation 操作要求	Start Time 开始时间	End Time 结束时间	Actual Time 实 际时间	Sterilization Information 灭菌情况	Release 验收	
Conditioning 预热	9:05	11:05	120	Normal 正常	☐☐☐ 	
Air Removal 抽真空	11:05	11:35	30	Normal 正常		
Pressure Time 保压时间	11:35	11:42	7	Normal 正常		
Eo injection 充入环氧乙烷	11:48	12:39	51	Normal 正常		
Exposure Time 灭菌时间	12:39	18:39	360	Normal 正常		
Eo removal 清除环氧乙烷	18:39	19:59	80	秦绿延 秦绿延 袁海华	张兰	张兰
Flushing 清理完毕	19:59	20:29	30	Injector加药者 Operator操作员 Super主管	Mirco验收员	QA Manager主管