深圳市保安医疗用品有限公司

EO-Sterilization Record Per Load

环氧乙烷灭菌批记录

Furnace No箱号： 1-180　　Date日期： 5-Oct-21　　Order班次： 1　　Sterilization No灭菌批号： 2021100501

Article Name 物品名称	Production No生产批号	Specification 规格/型号	Quantity 数量（Ctns）	Remark 备注
Needles	LOT NO:0602		180	BLACK CLAW
Eo Gas last for 3 years from the date sterilize !				

Ruquired Operation During Sterilization Cycle 灭菌过程操作要求		
	Required操作要求	Actual实际值
Temperature(℃) 温度	49-55	S:52.7　E:
Pressure(Kpa)压力	－68——71	S:-70.0 E:35.2
Humidity(%RH)湿度	30-85%	45.6
Exposure Time(min)灭菌时间	6:00	6:00
Speed of Air Removal(Kpa/min)抽真空速率	/	2.5
Speed of Aeration(Kpa/min)换气速率	/	/
Weight of EO used Before(kg)加药前重量	//	72
Weight of EO used After(kg)加药后重量	//	60
Weight of EO used (kg)加药重量	12	12
Pressure Changed(Kpa)加药前后压力值	S://　E://	S:-69.2 E:35.2

Ruquired Operation 操作要求	Start Time 开始时间	End Time 结束时间	Actual Time 实际时间	Sterilization Information 灭菌情况	Release 验收
Conditioning 预热	9:00	11:00	120	Normal 正常	☐
Air Removal 抽真空	11:00	11:30	30	Normal 正常	☐
Pressure Time 保压时间	11:30	11:40	10	Normal 正常	☐
Eo injection 充入环氧乙烷	11:40	12:40	60	Normal 正常	
Exposure Time 灭菌时间	12:40	18:40	360	Normal 正常	
Eo removal 清除环氧乙烷	18:40	20:00	80	秦绿延 Injector加药者 / 秦绿延 Operator操作员 / Super主管	张兰 Mirco验收员 / QA Manager主管
Flushing 清理完毕	20:00	20:30	30		

深圳市保安医疗用品有限公司

深圳市保安医疗用品有限公司 QC 2021-10-05 PASS Shenzhen Baoan Medical Supply Co.,Ltd