深圳市保安医疗用品有限公司

EO-Sterilization Record Per Load

环氧乙烷灭菌批记录

Furnace No箱号： 1-61　　Date日期： 09/Jun/2025　　Order班次： 1　　Sterilization No灭菌批号： 20250609001

Article Name 物品名称	Production No 生产批号	Specification 规格/型号	Quantity 数量（Ctns）	Remark 备注
Needle	LOT NO:0501	EXPIRES:03/30/2028	8	BLACK CLAW
Real Steel Disposable Tube	LOT NO:040	EXPIRES:03/30/2028	13	BLACK CLAW
Real Steel Gripless Disposable Tube	LOT NO:023	EXPIRES:03/30/2028	20	BLACK CLAW
Real Steel BIO GripTube	LOT NO:001	EXPIRES:03/30/2028	20	BLACK CLAW

Ruquired Operation During Sterilization Cycle 灭菌过程操作要求		
	Required操作要求	Actual实际值
Temperature(℃) 温度	50 - 60	S:52.7 E:
Pressure(Kpa)压力	-68 - -71	S:-70.0 E:35.20
Humidity(%RH)湿度	30-85%	45.6
Exposure Time(min)灭菌时间	360	360
Speed of Air Removal(Kpa/min)抽真空速率	/	2.5
Speed of Aeration(Kpa/min)换气速率	/	/
Weight of EO used Before(kg)加药前重量	//	72
Weight of EO used After(kg)加药后重量	//	60
Weight of EO used (kg)加药重量	12	12
Pressure Changed(Kpa)加药前后压力值	S:// E://	S:-69.2 E:35.2

Ruquired Operation 操作要求	Start Time 开始时间	End Time 结束时间	Actual Time 实际时间	Sterilization Information 灭菌情况	Release 验收
Conditioning 预热	9:00	11:00	120	Normal 正常	
Air Removal 抽真空	11:00	11:30	30	Normal 正常	
Pressure Time 保压时间	11:30	11:40	10	Normal 正常	
Eo injection 充入环氧乙烷	11:40	12:40	60	Normal 正常	
Exposure Time 灭菌时间	12:40	18:40	360	Normal 正常	
Eo removal 清除环氧乙烷	18:40	20:00	80	秦绿延 Injector加药者 / 秦绿延 Operator操作员 / Super主管	张兰 Mirco验收员 / QA Manager主管
Flushing 清理完毕	20:00	20:30	30		

深圳市保安医疗用品有限公司 QC 2025-06-09 PASS Shenzhen Baoan Medical Supply Co., Ltd